华正检测
HUAZHENG TESTING

CMA
221712050495

武汉华正环境检测技术有限公司

检 测 报 告

武华送检字2024（02932）号

项目名称：武汉龙王嘴华新环境工程有限公司委托检测
2024年12月

委托单位：武汉龙王嘴华新环境工程有限公司（洪山区）

检测类别：送样检测

报告日期：2024年12月27日

（检测报告专用章）

声　明

一、本报告无三级[redacted]

红色检测报告专用章及其骑缝章无效；

二、本报告部分复制或完整复制后未加盖本公司红色检测报告专用章[redacted]无效；

三、由委托方自行采集送检的样品，本报告仅对送检样品的检测数据负责，不对样品来源负责；

四、未经同意本报告不得用于广告宣传；

五、委托方若对本报告有异议，请于收到报告之日起十个工作日内以书面形式向我公司提出，逾期[redacted]不予受理，无法保存、复现的样品不受理申诉。

武汉华正环境检测技术有限公司联系方式：

地址：武汉市东湖高新技术开发区高新二路[redacted]

葛洲坝太阳城 5 栋 6 楼

邮编：430200

电话：027-87968590

传真：027-87968590-8888

本[redacted]检测实验室地址：

☑武汉实验室：武汉市东湖高新技术开发区高新二路 40 号葛洲坝太阳城 5 栋 6 楼

☐宜昌实验室：宜昌市西陵经济开发区西湖路 32 号三峡创谷 3 栋 4 楼

☐襄阳实验室：襄阳市高新区检测认证产业园 8 号楼 6 楼

一、任务来源

受武汉龙王嘴华新环境工程有限公司（洪山区）委托，武汉华正环境检测技术有限公司于 2024 年 12 月 20 日接收了武汉龙王嘴华新环境工程有限公司（洪山区）3 个废水送检样品，并于 2024 年 12 月 23 日完成检测分析。

二、 检测方案

样品类别	点位名称	原编号	检测项目	样品数量
废水	1 号水样	1 号水样	pH 值、悬浮物、化学需氧量	1 个
	2 号水样	2 号水样		1 个
	3 号水样	3 号水样		1 个

三、 样品性状

样品类别	点位名称	原编号	样品性状
废水	1 号水样	1 号水样	液体
	2 号水样	2 号水样	液体
	3 号水样	3 号水样	液体

四、 检测方法及主要仪器设备

样品类别	检测项目	分析方法名称及依据	方法检出限	仪器名称型号及编号
废水	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4mg/L	滴定管
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	4mg/L	电子天平 BSA224S YQ-A-SY-019
	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	/	pH 计 YQ-A-SY-005-3

五、 质量控制和质[illegible]

1、严格执行国家生态环境部颁布的环境监测相关技术规范和标准方法，实施检测全过程的质量控制。

2、所有检测及分析仪器均经过检定并在有效期内，并参照有关计量检定规程定期进行校验[illegible]。

3、严格按照国家规定[illegible]监测分析方法标准和相应的技术规范进行检测。

4、为确保检测数据的准确、可靠，在样品的保存、实验室分析和数据[illegible]全过程均按照相关技术规范的要求进行。

5、样品采取实验室空白测定和质控样测定等方式进行质量控制，质控结果在相范围内，详见附表。

6、检测人员经考核合格，持证上岗。

六、 检测结果

单位：mg/L（注明除外）

接样日期	点位名称	原编号	检测项目	检测结果
2024 年 12 月 20 日	1 号水样	1 号水样	化学需氧量	11
			悬浮物	5
			pH 值（无量纲）	8.0
	2 号水样	2 号水样	化学需氧量	11
			悬浮物	5
			pH 值（无量纲）	8.1
	3 号水样	3 号水样	化学需氧量	11
			悬浮物	5
			pH 值（无量纲）	8.1

编制人：付芳 龚晓琴 审核人：[redacted] 签发人：雷妙

日 期：2024.12.27 日 期：2024.12.27 日 期：2024.12.27

附表 质量控制结果

附表 有证标准样品检测结果一览表

检测项目	样品编号	检测结果	标准值	评价
化学需氧量	WZS240610571	22.3mg/L	23.8±2.5mg/L	合格
pH 值（无量纲）	WZS240610383	7.37	7.35±0.06	合格

报告结束